

Акустический калибратор 1-го класса CAL200

CAL200



Рабочая частота	1000 Гц
Пределы допускаемой основной относительной погрешности частоты воспроизведения звукового давления	± 0,1 %
Воспроизводимые УЗД, дБ отн. 20 мкПа	94 и 114
Пределы допускаемой основной погрешности воспроизведения УЗД при опорных внешних условиях	± 0,2 дБ
Пределы допускаемой дополнительной погрешности воспроизведения УЗД, вызванной изменением температуры окружающего воздуха в диапазоне рабочих температур	± 0,1 дБ
Коэффициент нелинейных искажений	< 2%
Внешние параметры	
Температурный диапазон	-10 до +50 °C
Влажность	0 – 95 %
Электрические параметры	
Встроенная батарея	9 В
Время работы от батареи	42 часа
Аппаратные	
Размеры – Ширина	25,4 мм
Размеры - Высота	63,5 мм
Размеры - Длина	105,9 мм
Масса	155 грамм
Государственный реестр СИ	№ 61866-15

Адаптер для ¼” микрофона

Модель	ADP024
Описание	Переходной адаптер для калибратора CAL200 с ½ на ¼ дюйма

